



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ้าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผ้าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เตียงผ้าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง ผ่าตัดเล็ก	จำนวน	๑	เตียง
--	-------	---	-------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๗๐๐๐ ต่อ ๗๗๗๘,๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑


(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ เตียง
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเตียงผ่าตัด สำหรับทำการผ่าตัดเล็กทางจักษุวิทยา

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเตียงสำหรับผ่าตัดเล็กสำหรับผู้ป่วยทางจักษุวิทยา ควบคุม และเคลื่อนย้ายด้วยระบบไฟฟ้า

๓. รายละเอียดทางเทคนิค

๓.๑ เตียงผ่าตัดทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลหรือเท้าเหยียบ สามารถตั้งโปรแกรมได้ ไม่น้อยกว่า ๔ แบบ สามารถใช้รีโมทปรับระดับเตียง สูง-ต่ำ, ปรับศีรษะ ขึ้น-ลง มีปุ่มกด หยุดการทำงานในกรณีฉุกเฉิน

๓.๒ เตียงมีล้อ ๔ ล้อ เพื่อการเคลื่อนย้ายโดยสะดวกเพราะช่วยกระจายน้ำหนัก

๓.๓ พื้นเตียงแบ่งส่วนรองรับผู้ป่วยออกเป็น ๔ ส่วน ศีรษะ, หลัง, สะโพก, ขา, มีเบาะรองรับ แบบไร้ตะเข็บ และกันน้ำ ส่วนแขนและศีรษะสามารถถอดออกจากตัวเตียงได้

๓.๔ เบาะส่วนรองรับศีรษะ รูปทรงโค้งมน ผิวด้านบนโค้งเว้าตามรูปศีรษะ สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ ปรับศีรษะเอียงขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา ปรับลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ องศาด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๕ มีที่รองรับแขน หมุนเหียงขึ้นลงตามการปรับท่าเตียง สามารถถอดออกจากตัวเตียงได้

๓.๖ สามารถปรับเตียงขึ้นได้สูงสุด ๘๖-๘๘ เซนติเมตร หรือมากกว่า และสามารถปรับเตียงลงต่ำสุด ได้ในช่วง ๕๘-๖๐ เซนติเมตร หรือน้อยกว่า

๓.๖.๑ ปรับหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา

๓.๖.๒ ปรับขาหลังได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา

๓.๗ มีที่เสียบเสาน้ำเกลือที่เตียงสามารถพับเก็บได้

๓.๘ ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟ ซึ่งสามารถถอดออกได้หรือเปลี่ยนได้สะดวก

๓.๙ เตียงผ่าตัดมีความกว้างไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร และยาวไม่เกิน ๒๑๐ เซนติเมตร โดยเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐ สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ ก้านปรับระดับสำหรับกันผ้าคลุมผู้ป่วย

๑ อัน

๔.๒ สวิตช์ควบคุมการทำงานด้วยมือ

๑ อัน

๔.๓ ที่ปักข้อมือแพทย์ขณะทำหัตถการ

๑ อัน

๔.๔ แบตเตอรี่สำรอง

๑ ชุด

๔.๕ ที่กั้นเตียงคนไข้

๑ ชุด

๔.๖ ที่วางแขนคนไข้




๑ ชุด

๔.๗ เสาน้ำเกลือและก้านรองแบบพับเก็บได้

๑ ชุด

๔.๘ แก้วน้ำสำหรับแพทย์มีฟังก์ชันหลัง ปรับระดับโดยใช้เท้า

๑ ตัว

๑.  ๒.  ๓. 

(นายสุกิจ ศรีทิพยาธรรม)




ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปลัดวิจยการแพทย์และการสาธารณสุขเขตเมือง


๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวม

๖. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๖.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
- ๖.๒ ต้องบริการทำ preventive maintenance เครื่องให้ทุก ๆ ๔ เดือน และ Calibrate ทุก ๆ ๑ ปี พร้อมออกหนังสือรับรองตลอดอายุการรับประกัน โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๓ กรณีเครื่องเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน จะต้องนำเครื่องสำรองที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมาทำให้ใช้สำรองแทน
- ๖.๔ กรณีเครื่องเกิดการชำรุดในปัญหาเดียวกันมากกว่า ๒ ครั้ง หรือมีปัญหาต้องส่งซ่อมแซมหรือแก้ไข ๓ ครั้งแล้ว เครื่องยังใช้งานไม่ได้ติดต่อกัน ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน โดยในระหว่างนี้จะต้องนำเครื่องที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมาสำรองให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะนำเครื่องใหม่มาทดแทน และหากมีการแก้ไขตัดแปลงให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- ๖.๕ ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทโรงงานผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๖ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้สัทธิมาก่อน
- ๖.๗ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ และมี Quick guide สำหรับแขวนไว้กับตัวเครื่องอย่างละ ๒ ชุด
- ๖.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๖.๙ ต้องมีหลักฐานว่ามีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในการให้บริการหลังการขายอย่างน้อย ๒ คน ในการซ่อมแซมหรือบริการ
- ๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง เพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
- ๖.๑๑ ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
- ๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- ๖.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีช่างที่ชำนาญงานเพื่อฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องอย่างถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
- ๖.๑๔ ต้องมีป้ายที่ชัดเจนแสดงชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อและระยะเวลาประกันติดกับตัวเครื่องที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๖.๑๕ ต้องทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องใช้ (Revision Upgrade) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายในระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ


๑.  ๒.  ๓. 



(นายสุกิจ ศรีพิพวรรณ)
ผู้อำนวยการกองประกวดราคา
กรมการช่างฝีมือ


- ๖.๑๖ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด คณะกรรมการฯ จะพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะที่เทียบเท่าหรือดีกว่าและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การส่งมอบ ในกรณีมีการใช้เรือไทย ผู้ขายต้องส่งใบตราส่งสินค้า (Bill of lading) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าบรรทุกทุกโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ ในกรณีนำเข้าทางอากาศผู้ขายต้องส่งหลักฐานนำเข้าทางอากาศ (Air waybill) หรือใบกำกับภาษี (Invoice) และหรือ ใบรายการสินค้า (Packing list) ในกรณีที่นำเข้าโดยวิธีอื่น ผู้ขายต้องส่งเอกสาร หลักฐานที่นำเชื่อถือมาพร้อมกับวันที่ส่งมอบสิ่งของให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบด้วย
- ๖.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ และชื่อหน่วยงาน วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบพัสดุ ซึ่งทางหน่วยงานจะแจ้งรหัสให้ภายหลัง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสรินทร์ เล้าทวิรุ่งสวัสดิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางปานจิต ขอประเสริฐสุข) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายสุกิจ ศิริพิทยวรรณ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปศุสัตว์เขต ๖ จังหวัดสุพรรณบุรี